


单一来源采购专家论证表

时间：2025年12月16日

基本情况	采购单位	温州市第七人民医院		
	联系人	张豪杰	联系电话	0577-89870156
	拟采购的项目名称	联影uMR586磁共振维保服务		
	数量	1年	预算金额	35万
申请理由	☒ 1. 只能从唯一供应商处采购； ☐ 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购； ☐ 3. 其它。			
拟定供应商	拟定供应商名称：上海联影医疗科技股份有限公司 拟定供应商地址：上海市嘉定区城北路2258号			
采购人申请理由	本项目我院选择该设备售后公司为原厂维保公司，上海联影医疗科技股份有限公司是联影uMR 586设备的制造商，唯一能为联影uMR 586设备提供原厂售后服务的公司。磁共振属于精密仪器，各品牌都有其核心技术，原厂零配件和原厂维保技术可靠性更高，配件提供更及时、全面且不存在修复系统时可能涉及的技术壁垒等问题，对设备技术、性能等方面的了解是其它公司无法比拟的，目前暂无其他公司具备合格的服务能力。设备的维修维护极其重要，各种品牌都有自己的技术核心、原装零配件更换界定时间、不同服务要求且核磁共振对售后响应时间及完修时限存在极高的要求，若设备故障导致磁体失超或液氦泄露易造成难以预估的重大损失。故申请以单一来源方式实施采购。			
专家论证意见	论证时间	2025年12月16日	论证意见	建议采用单一来源采购方式
	意见概述（可另附纸）： 原厂的保修服务技术可靠性更高，且不存在修复系统时可能涉及的技术壁垒等问题，配件提供更及时、全面，大部分情况下供应商能满足在12小时内派工程师到现场实施维修，维修备件在24小时内送达医院维修现场，可以保证维修质量并将停机时间减少到最低，在设备维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息提供方面，第三方维修服务机构无法保证质量和服务效率。尤其是第三方维修可能导致的设备隐患，给用户带来较大的纠纷风险。原厂的保修服务可以保证设备运行质量、维修质量和维修时效性，有利于保障医院工作正常运行，有利于提高用户服务满意度。综上所述，建议允许以单一来源采购方式向原厂(上海联影医疗科技股份有限公司)购买维保服务。			
专家签字				

关于温州市第七人民医院联影 uMR586 磁共振维保服务项目

单一来源论证专家签到表

序号	姓名	工作单位	职称	联系电话	签到
1	南智懿	温州市中医院	工程师	13695858955	南智懿
2	孙伟	温州市人民医院	高级工程师	13736750928	孙伟
3	王献敏	温州市中西医结合医院	高级工程师	13868532252	王献敏

日期：2025 年 12 月 16 日